

試験報告書

依頼者 株式会社 イオニア 殿

品名 生地 1点

試験項目 医療用マスク及び一般用マスクの性能試験

2021年7月5日付けで当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。

2021年7月12日

カケン
〒332-0016 埼玉県川口市幸町1丁目7番22号
一般財団法人 **カケンテストセンター**
東京事業所 **バイオラボ**
Tel(048)-258-3277 Fax(048)-233-9012

記

試験結果

・ウイルス飛まつ捕集効率 (VFE)

No.	試料*	試験結果 (%)			
		N=1	N=2	N=3	平均
①	Shield Plus マスク	64.7	60.6	58.0	61.1

供試ウイルス：バクテリオファージ・Phi X174 ATCC 13706-B1

宿主細菌：大腸菌・*E. coli* C ATCC 13706

・花粉粒子捕集効率

No.	試料*	試験結果 (%)			
		N=1	N=2	N=3	平均
①	Shield Plus マスク	99.5	99.2	98.8	99.2

*生地を2枚重ねた状態で試験実施。

試験方法

JIS T 9001

試料

① **KAKEN KAKEN**

以上